Optimisez le contrôle et la validation des instruments

Produits de contrôle de charge VERIFY™

Contrôle de qualité

STERIS

Paquets-tests pour stérilisation rapide

Les paquets-tests pour stérilisation rapide incluent un ensemble cohérent de tests pour évaluer la capacité du stérilisant à pénétrer dans la charge. Chaque paquet-test pour stérilisation rapide représente une problématique que le processus de stérilisation doit surmonter. Il offre ainsi l'assurance que la charge peut être validée pour utilisation.

Paquets-tests pour stérilisation rapide VERIFY™ SixCess®

Utilisés pour contrôler les charges de stérilisation à la vapeur, les paquets-tests pour stérilisation rapide VERIFY SixCess contiennent un indicateur d'émulation de classe 6 dans un conditionnement spécial. Ces paquets-tests pour stérilisation rapide possèdent la précision nécessaire pour contrôler avec la plus grande rigueur les performances de chaque cycle de stérilisation. Les paquets-tests pour stérilisation rapide VERIFY SixCess constituent un moyen rapide, précis et économique de vérifier la stérilité des charges de stérilisation à la vapeur et de les valider. Les paquets-tests pour stérilisation rapide ne se substituent pas aux indicateurs biologiques et ne sont pas prévus pour valider les charges contenant des implants.

> Vérification des paramètres de stérilisation spécifiques de chaque cycle
> Les performances de l'encre des indicateurs d'émulation sont conformes aux critères de la norme ANSI/AAMI/ISO 11140-1 pour la classe 6
> Identification immédiate des cycles de stérilisation impropres
> Moyen économique de contrôler chaque charge de stérilisation
> Utilisables pour les cycles de longue durée

Réf. produit	Description	Quantité
LCC003	Paquet-test pour stérilisation rapide VERIFY® SixCess 270F 4 (132 °C, cycles d'élimination d'air dynamique de 4 minutes)	Boîte (20 paquets)
LCC014	Paquet-test pour stérilisation rapide VERIFY SixCess 275F 3 (135 °C, cycles avec prévide de 3 minutes)	Boîte (20 paquets)
LCC019	Paquet-test pour stérilisation rapide VERIFY SixCess 270FP (132 °C, cycles d'élimination d'air dynamique avec exposition de 4, 10 ou 20 minutes)	Boîte (20 paquets)

LCC014

LCC003

LCC019

s biologiques et chimiques VERIFY
our la stérilisation et la désinfection radicale.

Paquets-tests pour stérilisation rapide VERIFY avec indicateur biologique/intégrateur pour traitement à la vapeur (Paquet-test avec indicateur biologique et intégrateur de classe 5)

Contrôlez et validez toutes les charges stérilisées au cours des cycles avec prévide à 132 °C et à la vapeur par gravité à 121 °C. Chaque paquet contient un intégrateur chimique de classe 5 et un indicateur biologique autonome VERIFY dans un paquet-test pour stérilisation rapide compact et jetable. Les paquets-tests pour stérilisation rapide VERIFY avec indicateur biologique/intégrateur pour traitement à la vapeur signalent immédiatement si tous les paramètres critiques de la stérilisation ont été respectés pour autoriser une validation d'urgence si nécessaire. L'indicateur biologique peut être incubé pendant 24 heures pour confirmer l'éradication microbienne.

> Les bandelettes des intégrateurs sont conformes aux critères de la norme ANSI/AAMI/ISO 11140-1 pour les indicateurs de la classe 5
> À utiliser lors des cycles avec prévide à 132 °C et à gravité à 121 °C
> L'intégrateur de classe 5 est un moyen précis de prévoir la réaction de croissance des indicateurs biologiques

Réf. produit	Description	Quantité
LCB006	Paquet-test pour stérilisation rapide VERIFY avec indicateur biologique/ intégrateur	Boîte (20 paquets avec 5 contrôles)
LCB007	Paquet-test pour stérilisation rapide VERIFY avec indicateur biologique/ intégrateur	Boîte (20 paquets avec 20 contrôles)
S3075	Kit d'activateur VERIFY	Unitaire
S3082	Incubateur 28 puits VERIFY	Unitaire
S3271	Incubateur 6 puits VERIFY	Unitaire

S3271

S3075

LCB006

Paquet-test VERIFY avec indicateur biologique pour traitement à la vapeur

Les paquets-tests VERIFY avec indicateur biologique pour traitement à la vapeur sont compacts, légers et jetables. L'expérience montre qu'ils offrent des performances équivalentes aux paquets-tests du même type préconisés par l'AAMI. Comme l'exige l'AAMI, chaque paquet contient un indicateur biologique conventionnel autonome pour vérifier chaque semaine les capacités d'éradication microbienne du stérilisateur à vapeur (121 °C par gravité et 132 °C avec prévide).

> Conforme aux exigences de la norme ANSI/AAMI ST79 relative aux paquets-tests avec indicateur biologique
> Paquet-test jetable préconditionné
> L'indicateur biologique autonome respecte les exigences de croissance microbienne conventionnelle définies par l'AAMI
> Résultat final après 24 heures d'incubation

Réf. produit	Description	Quantité
S3065	Paquet-test VERIFY avec indicateur biologique pour traitement à la vapeur	Boîte (20 paquets avec 5 contrôles)
S3069	Paquet-test VERIFY avec indicateur biologique pour traitement à la vapeur	Boîte (20 paquets avec 20 contrôles)
S3075	Kit d'activateur VERIFY	Unitaire
S3082	Incubateur 28 puits VERIFY	Unitaire
S3271	Incubateur 6 puits VERIFY	Unitaire

S3065 et S3069

Indicateur biologique autonome VERIFY V24

L'indicateur biologique autonome VERIFY V24 contient des spores de *Geobacillus stearothermophilus* et un milieu de culture dans un flacon autonome qui permet d'éviter les transferts aseptiques. Il est utilisé pour contrôler les stérilisateurs basse température V-PRO® et les stérilisateurs STERRAD®*.

> Validé pour utilisation sur les stérilisateurs basse température V-PRO1, 1PLUS, maX et 60
> Validé pour utilisation sur les systèmes de stérilisation STERRAD® 200, 100, 100NX et NX
> Aucun transfert aseptique
> Résultat final rapide sous 24 heures

Réf. produit	Description	Quantité
LCB020	Indicateur biologique autonome VERIFY V24	Boîte (50 indicateurs)
LCB004	Activateur pour indicateur biologique autonome VERIFY VHP	Unitaire
S3082	Incubateur 28 puits VERIFY	Unitaire
S3271	Incubateur 6 puits VERIFY	Unitaire

LCB020

LCB004

*STERRAD® est une marque déposée d'Advanced Sterilization Products, division d'Ethicon Inc., une société de Johnson & Johnson.

Paquet-test VERIFY avec indicateur biologique pour traitement à l'OE

Les paquets-tests VERIFY pour traitement à l'OE sont compacts, légers et jetables. Ils sont conçus pour être employés dans tous les processus de stérilisation à l'oxyde d'éthylène, y compris avec 100 % d'OE. Chaque paquet contient un indicateur biologique autonome dans une seringue sous blister.

> Conforme aux exigences de la norme ANSI/AAMI ST41 relative aux paquets avec indicateur biologique conventionnel
> Paquet-test jetable préconditionné
> Résultat final après 48 heures d'incubation

Réf. produit	Description	Quantité
S3070	Paquet-test VERIFY avec indicateur biologique pour traitement à l'OE	Boîte (20 paquets avec 5 contrôles)
S3071	Paquet-test VERIFY avec indicateur biologique pour traitement à l'OE	Boîte (20 paquets avec 20 contrôles)
S3075	Kit d'activateur VERIFY	Unitaire
S3080	Incubateur double 28 puits VERIFY	Unitaire

S3070 et S3071

Indicateurs biologiques et chimiques SVUI

Les indicateurs biologiques et chimiques VERIFY SVUI offrent l'assurance que les éléments stérilisés par SVUI ont été exposés aux conditions léthales nécessaires à la stérilité.

Indicateurs pour stérilisation rapide VERIFY SixCess®

Utilisés dans chaque cycle de stérilisation SVUI, les indicateurs chimiques VERIFY contrôlent immédiatement si les conditions de la stérilisation ont été respectées. Ils permettent de valider toutes les charges de stérilisation SVUI compatibles. Un changement de coloration du jaune pâle au bleu/violet indique la réussite du test.

> 132 °C, cycles de stérilisation rapide par gravité de 3 et 10 minutes
> 135 °C, cycles de stérilisation rapide par gravité de 3 et 10 minutes
> 132 °C, cycles de stérilisation express
> 132 °C, cycle avec prévide 4 et 1
> 135 °C, cycle avec prévide 3 et 1

Réf. produit	Description	Quantité
LCC310	Bandelette d'indicateur rapide VERIFY SixCess 270F	Boîte (100 bandelettes)
LCC005	Bandelette d'indicateur rapide VERIFY SixCess 275F	Boîte (100 bandelettes)
PCC006	Bandelette d'indicateur VERIFY SixCess 270F 4 minutes courte	Boîte (200 bandelettes)
PCC008	Bandelette d'indicateur VERIFY SixCess 270F 4 minutes longue	Boîte (100 bandelettes)
PCC034	Bandelette d'indicateur VERIFY SixCess 275F 3 minutes longue	Boîte (100 bandelettes)
PCC038	Bandelette d'indicateur VERIFY SixCess 275F 3 minutes courte	Boîte (200 bandelettes)

LCC310

LCC005

PCC006

PCC008

PCC034

PCC038

Indicateurs biologiques autonomes VERIFY pour traitement à la vapeur et à l'OE

Les indicateurs biologiques autonomes VERIFY contiennent des spores *Geobacillus stearothermophilus* et *Bacillus atrophaeus*. Leur conditionnement permet d'éviter les transferts aseptiques. Ils peuvent être utilisés pour la stérilisation à la vapeur par gravité à 121 °C, avec prévide à 132 °C, par gravité à 132 °C (mode rapide), par impulsion de pression d'évacuation de la vapeur à 132 °C et dans tous les processus de stérilisation à l'oxyde d'éthylène, y compris avec 100 % d'OE.

> Compatibles avec la stérilisation à la vapeur (notamment les cycles SVUI) et à l'oxyde d'éthylène
> Un conditionnement robuste protège l'ampoule en verre des ruptures prématurées
> Activateur facile d'emploi
> Résultat final après 24 heures d'incubation pour le traitement à la vapeur
> Résultat final après 48 heures d'incubation pour le traitement à l'OE

Réf. produit	Description	Quantité
S3061	Indicateur biologique autonome VERIFY deux espèces	Boîte (50 indicateurs)
S3060	Indicateur biologique autonome VERIFY deux espèces	Boîte (100 indicateurs)
S3075	Kit d'activateur VERIFY	Unitaire
S3080	Incubateur double 28 puits VERIFY	Unitaire
S3082	Incubateur 28 puits VERIFY	Unitaire
S3271	Incubateur 6 puits VERIFY	Unitaire

S3075

S3061 et S3060

Processus de désinfection radicale

Demandez plus à la surveillance des processus de désinfection radicale. Les indicateurs chimiques VERIFY Revital-Ox pour désinfection radicale sont conçus sur mesure afin de vérifier si les processus et solutions ont distribué la concentration minimale recommandée pour obtenir une désinfection efficace.

Indicateur de traitement VERIFY pour système de désinfection d'endoscopes Reliance™ EPS

L'indicateur de traitement VERIFY a été développé exclusivement pour contrôler la phase de désinfection radicale du système Reliance EPS. Il vérifie si une dose efficace d'acide peracétique a été distribuée dans le cycle du système Reliance EPS.

> Spécifique de l'acide peracétique et non réactif aux agents de nettoyage chimiques
> Changement de coloration de l'orange au blanc facile à lire

Réf. produit	Description	Quantité
PCC029	Indicateur de traitement VERIFY pour système de désinfection d'endoscopes Reliance EPS	Boîte (2 flacons, 60 indicateurs par flacon)

Bandelette de contrôle chimique Revital-Ox™ RESERT™

La bandelette de contrôle chimique Revital-Ox™ RESERT™ pour solutions RESERT™ a été développée exclusivement pour contrôler la solution désinfectante radicale Revital-Ox™ RESERT™. La bandelette confirme que la concentration minimale recommandée de peroxyde d'hydrogène est présente.

> Bandelette de contrôle chimique de grande taille pour faciliter la manipulation
> Changement de coloration du bleu pâle au noir facile à lire

Réf. produit	Description	Quantité
PCC030	Bandelette de contrôle chimique Revital-Ox™ RESERT™	Boîte (2 flacons, 60 bandelettes par flacon)
PCC045	Bandelette de contrôle chimique Revital-Ox™ RESERT™	Boîte (1 flacon, 60 bandelettes par flacon)

Document n° M4098FR.2015-04, Rév. A

©2015 STERIS Corporation.
Tous droits réservés.

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • États-Unis
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com